



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

14.01.2021 № 014 - 26 / 21

На № _____ от _____

Об использовании морозильного
оборудования



2411701

Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
сфере здравоохранения

Руководителям
медицинских организаций

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что в соответствии с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Гам-Ковид-Вак транспортирование и хранение вакцины осуществляется при температуре не выше -18°C .

В целях сохранения качества и безопасности вакцины Гам-Ковид-Вак необходимо соблюдать «холодовую цепь» по обеспечению условий транспортирования и хранения вакцины в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 41 (далее - Правила).

В соответствии с п. 4.1 Правил для хранения вакцины Гам-Ковид-Вак в медицинских организациях можно использовать морозильные камеры, морозильники (в том числе морозильники-прилавки).

Вместе с тем в соответствии с п. 4.4 Правил общие требования к оборудованию и эксплуатации морозильной камеры установлены в СП 3.3.2.3332-16. Все средства температурного контроля, используемые в морозильных камерах (морозильниках) для хранения вакцины Гам-Ковид-Вак, должны иметь возможность фиксировать низкие (-18°C и ниже) температуры.

Ограничения по использованию бытовых морозильных камер или морозильников в Правилах отсутствуют.

Обращаем особое внимание, что хранение вакцины Гам-Ковид-Вак в холодильнике со встроенной морозильной камерой не допускается.

А.В. Самойлова